

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР № 11»

пр. Тореза, д. 93, литер «Б»

СПб, Россия, 194214,

Тел./факс: 8(812) 554 44 37

E-mail: ptd11@zdrav.spb.ru

<http://ptd11.ru>

ИНН 7802172864

КПП 780201001

ОКПО 56298098

22.12.2016 г. № 766

На № _____ от _____

Председателю
Комитета по здравоохранению
Колабутину В.М.

Уважаемый Валерий Михайлович!


СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер № 11» обращается с просьбой о содействии в передаче части расходных материалов, закупленных СПб ГБУЗ «ПТД №11» для работы пленочного флюорографа 12 Ф9 – 2007 года выпуска, введен в эксплуатацию в 2007 году, производитель Россия.

В октябре 2016 года пленочный флюорограф 12 Ф9 вышел из строя. Дальнейшая его эксплуатация невозможна из-за механического износа движущихся частей. Так как данный аппарат снят с производства, приобретение запчастей для его ремонта не представляется возможным. Флюорограф 12 Ф9 подлежит списанию на основании акта обследования и дефектной ведомости от 20.10.2016, предоставленными АО «СПбПТП «Медтехника».

Все расходные материалы были закуплены в 2016 году. Сертификаты имеются (Приложение №1).

Просим согласовать возможность передачи заинтересованным учреждениям вышеуказанных расходных материалов, согласно Приложению №1.

Главный врач



С.В.Щедрина

Тел./факс: (812) 553-16-60

Исп. Ланцова Л.В.

e-mail: llancovvva@mail.ru

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по здравоохранению

Вх. №

« 05 »

12

20

16